

EN
2**One-Tie® Compression Coil**

Instructions for Use

CS
2**Kompresní smyčka One-Tie®**

Návod k použití

DA
2**One-Tie® kompressionsspiral**

Brugsanvisning

DE
2**One-Tie® Kompressionsspirale**

Gebrauchsanweisung

EL
3**Σπείρα συμπίεσης One-Tie®**

Οδηγίες χρήσης

ES
3**Espiral de compresión One-Tie®**

Instrucciones de uso

FR
3**Spirale de compression One-Tie®**

Mode d'emploi

IT
3**Spirale di compressione One-Tie®**

Istruzioni per l'uso

LT
4**„One-Tie®“ spaudžiamoji ritė**

Naudojimo nurodymai

NL
4**One-Tie® Compressiecoil**

Gebruiksaanwijzing

NO
4**One-Tie® kompresjonskeil**

Bruksanvisning

PL
4**Zwój ściskający One-Tie®**

Instrukcja użycia

PT
5**Espiral de compressão One-Tie®**

Instruções de utilização

RU
5**Сжимающая спираль One-Tie®**

Инструкция по применению

SV
5**One-Tie® kompressionsspiral**

Bruksanvisning



ENGLISH

One-Tie® Compression Coil

Rx ONLY

WARNING: Use only with Cook Medical Locking Stylets

HOW SUPPLIED

Supplied sterilized by ethylene oxide gas in peel-open packages. Intended for one-time use. Sterile if package is unopened or undamaged. Do not use the product if there is doubt as to whether the product is sterile. Store in a dark, dry, cool place. Avoid extended exposure to light. Upon removal from package, inspect the product to ensure no damage has occurred.

ČESKY

Kompresní smyčka One-Tie®

Rx ONLY

Zařízení smí být prodáváno pouze lékařem nebo na předpis lékaře (nebo pověřeného zdravotníka).

VAROVÁNÍ: Používejte pouze s uzamykacími stylety Cook Medical

STAV PŘI DODÁNÍ

Výrobek je dodáván v odtrhovacím obalu a je sterilizován plyným etylén oxidem. Určeno pro jednorázové použití. Sterilní, pokud obal není otevřen nebo poškozen. Nepoužívejte výrobek, pokud existují pochybnosti o jeho sterilitě. Skladujte na tmavém, suchém a chladném místě. Zamezte dlouhodobému vystavení světlu. Po vyjmutí z obalu výrobek prohlédněte a ujistěte se, že není poškozen.

DANSK

One-Tie® kompressionsspiral

Rx ONLY

Må kun sælges af eller efter ordination fra en læge (eller autoriseret behandler).

ADVARSEL: Må kun anvendes sammen med Cook Medical låsestiletter

EMBALLAGE

Produktet er steriliseret med ethylenoxidgas og leveres i 'peel-open'-emballage. Produktet er beregnet til engangsbrug og er sterilt, hvis emballagen er uåbnet og ubeskadiget. Produktet må ikke benyttes, hvis der er tvivl om, hvorvidt det er sterilt. Produktet skal opbevares mørkt, tørt og køligt og må ikke udsættes for lys i længere tid. Efter udpakning skal produktet undersøges for tegn på beskadigelse.

DEUTSCH

One-Tie® Kompressionsspirale

Rx ONLY

Dieses Produkt darf nur von einem Arzt (bzw. lizenzierten Mediziner) oder im Auftrag eines Arztes (bzw. lizenzierten Mediziners) gekauft werden.

WARNHINWEIS: Nur zusammen mit Sperrstiletts von Cook Medical verwenden

LIEFERFORM

Mit Ethylenoxidgas sterilisierte Einmalartikel in Aufreißverpackungen. Das Produkt ist steril, wenn die Verpackung ungeöffnet oder unbeschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt bitte nicht, wenn Sie Zweifel an der Sterilität haben. Dunkel, trocken und kühl lagern. Vermeiden Sie Lichteinwirkung über längere Zeit. Untersuchen Sie das Instrument sorgfältig nach dem Herausnehmen aus der Packung und stellen Sie sicher, dass keine Beschädigungen vorliegen.

Σπείρα συμπίεσης One-Tie®**Rx ONLY**

Επιτρέπεται η πώληση της συσκευής αυτής μόνο σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού (ή κατάλληλα πιστοποιημένου επαγγελματία υγείας).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για χρήση μόνο με στείλους ασφάλισης της Cook Medical

ΔΙΑΘΕΣΗ

Διατίθεται αποστειρωμένος με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου, σε αεροστεγή συσκευασία. Το προϊόν είναι μίας χρήσεως. Θεωρείται αποστειρωμένο, αν η συσκευασία είναι κλειστή και άθικτη. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το αν είναι αποστειρωμένο ή όχι. Φυλάσσεται σε σκοτεινό, ξηρό και δροσερό μέρος. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στο φως. Με την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε το προϊόν για τυχόν φθορές.

ESPAÑOL**Espiral de compresión One-Tie®****Rx ONLY**

La venta de este producto está restringida a médicos o por prescripción facultativa (o de un profesional autorizado).

ADVERTENCIA: Utilice este dispositivo únicamente con estiletes de fijación Cook Medical

PRESENTACIÓN

Se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Válido para un sólo uso. Se mantendrá estéril siempre que el envase no esté abierto ni dañado. No utilizar el producto si existen dudas sobre su esterilización. Almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro. Evitar una exposición prolongada a la luz. Al extraer el producto del envase, examinarlo para asegurarse de que no ha sufrido daños.

FRANÇAIS**Spirale de compression One-Tie®****Rx ONLY**

Ne peut être vendu que par un médecin (ou un praticien autorisé) ou sur ordonnance médicale.

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement avec les stylets de verrouillage Cook Medical

CONDITIONNEMENT

Livré stérilisé à l'oxyde d'éthylène gazeux sous emballage déchirable. Destiné à un usage unique. Stérile si le conditionnement n'a pas été ouvert ou endommagé. En cas de doute à ce sujet, il est déconseillé d'utiliser le produit. Conserver dans un endroit sombre, sec et frais. Éviter une exposition prolongée à la lumière. Retirer le produit de son emballage et l'examiner pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé.

ITALIANO**Spirale di compressione One-Tie®****Rx ONLY**

La vendita del presente prodotto è limitata esclusivamente ai medici, al personale munito di prescrizione (o agli operatori sanitari debitamente abilitati).

AVVERTENZA - Da usarsi esclusivamente con i mandrini bloccanti Cook Medical

CONFEZIONE

Fornito in confezioni a strappo sterilizzate con ossido di etilene. Monouso. Il prodotto risulta sterile se la confezione è integra e non danneggiata. Non utilizzare se sussistono dubbi sulla sterilità del prodotto. Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco e asciutto. Evitare prolungate esposizioni alla luce. Dopo aver estratto il prodotto dalla confezione, ispezionarlo per assicurarsi della sua integrità.

LIETUVIŠKAI

„One-Tie®“ spaudžiamoji ritė

Rx ONLY

Pagal federalinius (JAV) įstatymus, šis įtaisas gali būti parduodamas tik gydytojo arba jo nurodymu.

ĮSPĖJIMAS: Skirta naudoti tik su „Cook Medical“ fiksuojamaisiais stiletais

KAIP TIEKIAMI

Tiekiamas praplėšiamose pakuotėse, sterilizuotas etileno oksido dujomis. Skirta vienkartiniam naudojimui. Sterilus, jei pakuotė nebuvo atidaryta arba pažeista. Jei kyla abejonių, ar gaminys sterilus, jo nenaudokite. Laikykite tamsioje, sausoje ir vėsioje vietoje. Venkite laikymo šviesoje ilgą laiką. Išėmę iš pakuotės patikrinkite gaminį, kad įsitikintumėte, jog jis nepažeistas.

NEDERLANDS

One-Tie® Compressiecoil

Rx ONLY

Verkoop uitsluitend toegestaan aan of op gezag van een arts (of geregistreerde zorgverlener).

WAARSCHUWING: Uitsluitend gebruiken met Cook Medical-vergrendelstiletten

WIJZE VAN LEVERING

Wordt met ethyleenoxide gesteriliseerd aangeleverd in gemakkelijk open te trekken verpakking. Bestemd voor eenmalig gebruik. Steriel indien de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. Niet gebruiken bij twijfel of het product steriel is. Opslaan in een donkere, droge, koele ruimte. Vermijd langdurige blootstelling aan licht. Inspecteer het product nadat het uit de verpakking is gehaald om er zeker van te zijn dat het niet beschadigd is.

NORSK

One-Tie® kompresjonskveil

Rx ONLY

Føderal lov (USA) begrenser salget av denne anordningen til leger eller etter legers ordre.

ADVARSEL: Skal kun brukes med Cook Medical-låsestiletter

LEVERINGSFORM

Leveres sterilisert med etylenoksid i peel-open-innpakninger. Kun til engangsbruk. Steril hvis pakningen ikke er åpnet eller skadet. Bruk ikke produktet hvis du er i tvil om det er sterilt. Oppbevarer på et mørkt, tørt og kjølig sted. Må ikke utsettes for lys i lengre perioder. Kontroller produktet ved utpakkingen for å forsikre deg om at det ikke er skadet.

POLSKI

Zwój ściskający One-Tie®

Rx ONLY

Produkt zastrzeżony do sprzedaży przez lub na zlecenie lekarza (lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia).

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie z mandrynami blokującymi firmy Cook Medical

RODZAJ OPAKOWANIA

Produkt wyjałowiony tlenkiem etylenu; dostarczany w rozrywalnych opakowaniach. Urządzenie jest przeznaczone do jednorazowego użytku. Urządzenie zachowuje jałowość, jeśli opakowanie nie jest otwarte ani uszkodzone. Jeśli jałowość budzi wątpliwości, nie należy używać produktu. Przechowywać w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu. Unikać przedłużonej ekspozycji na światło. Przed wyjęciem z opakowania należy sprawdzić wyrób pod kątem uszkodzeń.

Espiral de compressão One-Tie®**Rx ONLY**

Limitada a venda a um médico ou um profissional de saúde licenciado (ou mediante prescrição de um destes profissionais).

ADVERTÊNCIA: Utilizar exclusivamente com estiletes de fixação Cook Medical

APRESENTAÇÃO

Fornecido esterilizado por gás de óxido de etileno e apresentado em embalagens de abertura fácil. O produto foi concebido para uma única utilização. O produto estará esterilizado desde que a embalagem não tenha sido aberta ou não esteja danificada. Não utilizar se houver dúvidas quanto à esterilização do produto. Guardar num local escuro, seco e fresco. Evitar a exposição prolongada à luz. Na altura da sua remoção da embalagem, assegure-se que o produto não está danificado.

РУССКИЙ

Сжимающая спираль One-Tie®**Rx ONLY**

Разрешается продажа только по заказу или назначению врача (или медицинского работника, имеющего лицензию).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: использовать только с фиксирующими стилетами компании Cook Medical

ФОРМА ПОСТАВКИ

Поставляется стерилизованным газообразным оксидом этилена в легко вскрываемой упаковке. Для одноразового использования. Стерилен, если упаковка не вскрыта и не нарушена. Не используйте продукт, если есть сомнения относительно его стерильности. Хранить в тёмном, сухом, прохладном месте. Не допускать длительного воздействия света. После извлечения из упаковки осмотрите продукт и убедитесь в отсутствии повреждений.

SVENSKA

One-Tie® kompressionsspiral**Rx ONLY**


Får endast säljas av läkare eller på ordination av läkare (eller licensierad praktiker).

VARNING: Använd endast med Cook Medicals låsmandränger

LEVERANS

Produkten levereras steriliserad med etylenoxidgas i "peel open"-förpackning. Avsedd för engångsbruk. Steril om förpackningen är oöppnad och oskadad. Använd inte produkten vid tvekan om dess sterilitet. Förvaras mörkt, torrt och svalt. Undvik långvarig exponering för ljus. Vid uttagning ur förpackningen skall produkten inspekteras för att säkerställa att ingen skada uppstått.

1.



Position One-Tie so that one wire is located on the insulation and one on the exposed inner coil of the targeted cardiac lead.

Umístěte zařízení One-Tie tak, aby jeden drát byl umístěn na izolaci a druhý na odhalené vnitřní smyčce cílové srdečního vodiče.

Positioner One-Tie, så én wire sidder mod isoleringen og én på den eksponerede indvendige spiral i målafledningen til hjertet.

Die One-Tie so positionieren, dass ein Draht auf der Isolierung und der andere Draht auf der freiliegenden Innenwendel der kardialen Zielelektrode liegt.

Τοποθετήστε τη σπείρα One-Tie με τέτοιον τρόπο ώστε το σύρμα να βρίσκεται τοποθετημένο στη μόνωση και ένα σύρμα να βρίσκεται στην εκτεθειμένη εσωτερική σπείρα της στοχευμένης καρδιακής απαγωγής.

Coloque la espiral One-Tie de forma que un alambre quede sobre el aislamiento y otro sobre la espiral interior al descubierto del cable de derivación cardíaca.

Positionnez le One-Tie de façon à ce qu'un des fils métalliques se situe sur l'isolation, et l'autre sur la spirale interne exposée de la sonde cardiaque cible.

Posizionare la spirale One-Tie in modo che un filo si trovi sull'isolante e uno sulla spirale interna esposta dell'elettrocatetere per la stimolazione cardiaca interessato.

Nustatykite „One-Tie“ į tokią padėtį, kad viena viela būtų ant izoliacijos, o kita – ant chirurgiškai atidengtos traukiamo širdies elektrodo vidinės ritės.

Positioneer de One-Tie zo dat één draad op de isolatie ligt en één draad op de blootliggende inwendige coil van de cardiale geleidingsdraad in kwestie.

Posisjonér One-Tie slik at én vaier sitter mot isoleringen og én på den eksponerte indre kveilen i hjerteavledningen som er målet.


Ustawić zwój One-Tie tak, aby jeden drut znalazł się na izolacji, a drugi na odsłoniętym zwoju wewnętrznym docelowego odprowadzenia sercowego.

Posicione a One-Tie de modo a que um fio se situe no isolamento e outro na espiral interior exposta do eléctrodo cardíaco alvo.

Наложите One-Tie так, чтобы одна проволока была расположена на изоляции, а другая на обнаженной внутренней спирали сердечного электрода, на котором выполняется работа.

Placera One-Tie så att en tråd ligger mot isoleringen och en mot den exponerade inre spiralen av den hjärtelektrod som är målet.

2.



Begin to tightly wrap the more proximal handle of One-Tie around the exposed inner coil of the cardiac lead.

Začnete těsně obtáčet proximálnější rukojeť zařízení One-Tie kolem odhalené vnitřní smyčky srdečního vodiče.

Begynd at vikle det mere proksimale håndtag på One-Tie tæt rundt om den eksponerede indvendige spiral på afledningen til hjertet.

Mit dem proximaleren Halter der One-Tie beginnen, die freiliegende Innenwendel der kardialen Elektrode zu umwickeln.

Ξεκινήστε να τυλίγετε σφικτά την πιο περιφερική λαβή της σπείρας One-Tie γύρω από την εκτεθειμένη εσωτερική σπείρα της καρδιακής απαγωγής.

Empiece a enrollar apretadamente el mango más proximal de la espiral One-Tie alrededor de la espiral interior al descubierto del cable de derivación cardíaca.

Commencez à enrouler de façon serrée la poignée la plus proximale du One-Tie autour de la spirale interne exposée de la sonde cardiaque.

Iniziare ad avvolgere strettamente l'impugnatura più prossimale della spirale One-Tie attorno alla spirale interna esposta dell'elettrocatteter per la stimolazione cardiaca.

Proksimaliau esančią „One-Tie“ rankeną pradėkite tvirtai vynioti apie chirurgiškai atidengtą vidinę širdies elektrodo ritę.

Begin de meer proximale handgreep van de One-Tie stijf rond de blootliggende inwendige coil van de cardiale geleidingsdraad te winden.

Begynn å vikle det mer proksimale håndtaket på One-Tie tett rundt den eksponerte indre kveilen på hjerteavledningen.


Zacząć nawijanie bardziej proksymalnego uchwytu zwoju One-Tie ciasno wokół odsłoniętego wewnętrznego zwoju odprowadzenia sercowego.

Comece a envolver bem o punho mais proximal da One-Tie à volta da espiral interior exposta do eléctrodo cardíaco.

Начните плотно оборачивать более проксимальную ручку One-Tie вокруг обнаженной внутренней спирали сердечного электрода.

Börja linda One-Ties mer proximala handtag tätt runt hjärtelektrodens exponerade inre spiral.

3.



Continue to wrap toward the more proximal end of the cardiac lead being sure to securely wrap the compression coil around the Cook Medical Locking Stylet.

Obtácejte dál směrem k proximálnímu konci srdečního vodiče. Přesvědčte se, že kompresní smyčka je kolem uzamykacího stiletu Cook Medical bezpečně obtočena.

Fortsæt med at vikle rundt mod den mere proksimale ende af afledningen til hjertet og sørg for at vikle kompressionsspiralen tæt rundt om Cook Medical låsestiletten.

Weiter in Richtung des proximaleren Endes der kardialen Elektrode wickeln und dabei sicherstellen, dass das Sperrstilet von Cook Medical von der Kompressionsspirale sicher umwickelt wird.

Συνεχίστε να τυλίγετε προς το πιο κεντρικό άκρο της καρδιακής απαγωγής, φροντίζοντας να τυλίγετε με ασφάλεια τη σπείρα συμπίεσης γύρω από τον στείλεό ασφάλισης της Cook Medical.

Siga enrollando hacia el extremo más proximal del cable de derivación cardíaca, asegurándose de enrollar firmemente la espiral de compresión alrededor del estilete de fijación Cook Medical.

Continuez l'enroulement en direction de l'extrémité plus proximale de la sonde cardiaque, en veillant à enrouler la spirale de compression de façon sûre autour du stylet de verrouillage Cook Medical.

Continuare ad avvolgere verso l'estremità più prossimale dell'elettrocatetere per la stimolazione cardiaca accertandosi di avvolgere saldamente la spirale di compressione attorno al mandrino bloccante Cook Medical.

Toliau vyniokite spaudžiamąją ritę link proksimaliau esančio širdies elektrodo galo, stengdamiesi tvirtai apvynioti „Cook Medical“ fiksuojamąjį stiletą.

Blijf winden in de richting van het meer proximale uiteinde van de cardiale geleidingsdraad; zorg dat u de compressiecoil stevig rond het Cook Medical-vergrendelstilet windt.

Fortsett med å vikle rundt mot hjerateavledningens mer proksimale ende og sørg for å vikle kompresjonskveilen sikkert rundt om Cook Medical-låsestiletten.


Kontynuować nawijanie w kierunku bardziej proksymalnego końca odprowadzenia sercowego, upewniając się, czy zwój ściskający jest stabilnie nawinięty na mandryn blokujący firmy Cook Medical.

Continue a envolver na direção da extremidade mais proximal do eléctrodo cardíaco certificando-se de que envolve em segurança a espiral de compressão à volta do estilete de fixação Cook Medical.

Продолжайте обороты к более проксимальному концу сердечного электрода, стараясь надежно обернуть сжимающую спираль вокруг фиксирующего стилета Cook Medical.

Fortsätt linda mot den mer proximala änden av hjärtelektroden och se till att du lindar kompressionsspiralen så den säkras ordentligt runt Cook Medical låsmandräng.

4.



Wrap two times in proximal direction.

Obtočte dvakrát v proximálním směru.

Vikl to gange rundt i proksimal retning.

Zweimal nach proximal wickeln.

Τυλίξτε δύο φορές προς κεντρική κατεύθυνση.

Enrolle dos veces en dirección proximal.

Enroulez en faisant deux tours en direction proximale.

Anvolgere due volte in direzione prossimale.

Apvyniokite du kartus proksimaline kryptimi.

Maak twee windingen in proximale richting.

Vikle to ganger i proksimal retning.


Nawinąć dwukrotnie w kierunku proksymalnym.

Envolve duas vezes na direcção proximal.

Оберните два раза в проксимальном направлении.

Linda två varv i proximal riktning.

5.



Grasp distal handle of One-Tie and wrap distally along the body of the cardiac lead.
Uchopte distální rukojeť zařízení One-Tie a obtáčejte distálně podél těla srdečního vodiče.

Tag fat i One-Ties distale håndtag og vikle distalt langs "kroppen" af afledningen til hjertet.

Den distalen Halter der One-Tie fassen und den kardialen Elektrodenkörper nach distal umwickeln.

Πιάστε την περιφερική λαβή της σπείρας One-Tie και τυλίξτε περιφερικά κατά μήκος του σώματος της καρδιακής απαγωγής.

Agarre el mango distal de la espiral One-Tie y enrolle distalmente a lo largo del cuerpo del cable de derivación cardíaca.

Saisissez la poignée distale du One-Tie et enroulez en direction distale le long du corps de la sonde cardiaque.

Afferrare l'impugnatura distale della spirale One-Tie e avvolgere la spirale in direzione distale lungo il corpo dell'elettrocattetero per la stimolazione cardiaca.

Suimkite distalinę „One-Tie“ rankeną ir vyniokite distaline linkme apie širdies elektrodo pagrindinį segmentą.

Pak de distale handgreep van de One-Tie beet en wind dit in distale richting langs het hoofddeel van de cardiale geleidingsdraad.

Ta fatt i One-Ties distale håndtak og vikle distalt langs hjerteravledningens hoveddel.


Złapać dystalny uchwyt zwoju One-Tie i nawijać dystalnie wzdłuż trzonu odprowadzenia sercowego.

Agarre o punho distal da One-Tie e envolva distalmente ao longo do corpo do eléctrodo cardíaco.

Захватите дистальную ручку One-Tie и оберните его в дистальном направлении вдоль корпуса сердечного электрода.

Ta tag i det distala handtaget på One-Tie och linda distalt längs hjärtelektrodens stomme.

6.



Continue to wrap toward the distal end of the cardiac lead being sure to securely wrap the compression coil around the cardiac lead.

Obtáčejte dál směrem k distálnímu konci srdečního vodiče. Přesvědčte se, že kompresní smyčka je kolem srdečního vodiče bezpečně obtočena.

Fortsæt med at vikle rundt mod den distale ende af afledningen til hjertet og sørg for at vikle kompressionsspiralen tæt rundt om afledningen til hjertet.

Weiter in Richtung des distalen Endes der kardialen Elektrode wickeln und dabei sicherstellen, dass die kardiale Elektrode von der Kompressionsspirale sicher umwickelt wird.

Συνεχίστε να τυλίγετε προς το περιφερικό άκρο της καρδιακής απαγωγής, φροντίζοντας να τυλίγετε με ασφάλεια τη σπείρα συμπίεσης γύρω από την καρδιακή απαγωγή.

Siga enrollando hacia el extremo distal del cable de derivación cardíaca, asegurándose de enrollar firmemente la espiral de compresión alrededor del cable de derivación cardíaca.

Continuez l'enroulement en direction de l'extrémité distale de la sonde cardiaque, en veillant à enrouler la spirale de compression de façon sûre autour de la sonde cardiaque.

Continuare ad avvolgere verso l'estremità distale dell'elettrocattetere per la stimolazione cardiaca; accertarsi di avvolgere saldamente la spirale di compressione attorno all'elettrocattetere stesso.

Toliau vyniokite spaudžiamąją ritę link širdies elektrodo distalinio galo, užtikrindami, kad širdies elektrodas apvyniotas tvirtai.

Blijf winden in de richting van het distale uiteinde van de cardiale geleidingsdraad; zorg dat u de compressiecoil stevig rond de cardiale geleidingsdraad windt.

Fortsett å vikle rundt mot den distale enden av hjerteravledningen og sørg for å vikle kompresjonskeilen sikkert rundt om hjerteravledningen.


Kontynuować nawijanie w kierunku dystalnego końca odprowadzenia sercowego, upewniając się, czy zwój ściskający jest stabilnie nawinięty na odprowadzenie sercowe.

Continue a envolver na direcção da extremidade distal do eléctrodo cardíaco certificando-se de que envolve em segurança a espiral de compressão à volta do eléctrodo cardíaco.

Продолжайте обороты в направлении дистального конца сердечного электрода, стараясь плотно обернуть сжимающую спираль вокруг сердечного электрода.

Fortsätt linda mot den distala änden av hjärtelektroden och se till att du lindar kompressionsspiralen så den säkras ordentligt runt hjärtelektroden.

7.



Wrap two times in distal direction.

Obtočte dvakrát v distálním směru.

Víkl to gange rundt i distal retning.

Zweimal nach distal wickeln.

Τυλίξτε δύο φορές προς περιφερική κατεύθυνση.

Enrolle dos veces en dirección distal.

Enroulez en faisant deux tours en direction distale.

Avvolgere due volte in direzione distale.

Apvyniokite du kartus distaline kryptimi.

Maak twee windingen in distale richting.

Vikle to ganger rundt i distal retning.


Nawinąć dwukrotnie w kierunku dystalnym.

Envolve duas vezes na direcção distal.

Оберните два раза в дистальном направлении.

Linda två varv i distal riktning.

8.



Grasp both handles of One-Tie and begin to twist handles in opposite directions while applying adequate pulling force with both hands to cinch down One-Tie.

Uchopte obě rukojeti zařízení One-Tie a začněte otáčet rukojetmi v opačných směrech při současném vynaložení dostatečného tahu oběma rukama, aby se zařízení One-Tie utáhlo.

Tag fat i begge af One-Ties håndtag og begynd at dreje dem i hver sin retning, mens du bruger tilstrækkelig kraft med begge hænder for at stramme One-Tie.

Beide Halter der One-Tie fassen und beginnen, die Halter in entgegengesetzten Richtungen zu drehen. Dabei mit beiden Händen ausreichend Zug ausüben, um die One-Tie festzudrehen.

Πιάστε και τις δύο λαβές της σπείρας One-Tie και ξεκινήστε να περιστρέφετε τις λαβές προς αντίθετες κατευθύνσεις, ενόσω ασκείτε επαρκή δύναμη έλξης με τα δύο χέρια για να σφίξετε τη σπείρα One-Tie.

Agarre ambos mangos de la espiral One-Tie y empieza a hacerlos girar en direcciones opuestas mientras aplica una fuerza de tracción adecuada con ambas manos para asegurar la espiral One-Tie.

Saisissez les deux poignées du One-Tie et commencez à les tourner en directions opposées tout en tirant suffisamment fort des deux mains pour serrer le One-Tie.

Afferrare entrambe le impugnature della spirale One-Tie e iniziare a ruotarle in senso opposto l'una rispetto all'altra esercitando una trazione adeguata con entrambe le mani in modo da stringere la spirale One-Tie.

Suėmę abi „One-Tie“ rankenas, pradėkite jas vyti priešingomis kryptimis, kartu abiem rankomis palaikydami pakankamą traukimo jėgą, kad „One-Tie“ būtų tampriai suveržta.

Pak beide handgrepen van de One-Tie beet en begin de handgrepen in tegengestelde richtingen te draaien; oefen daarbij met beide handen voldoende trekkracht uit dat de One-Tie stevig vastgebonden is.

Ta fatt i begge One-Tie-håndtakene og begynn å dreie dem i hver sin retning mens du bruker tilstrekkelig kraft med begge hender for å stramme One-Tie.


Złapać za oba uchwyty One-Tie i przekręcać je w przeciwnych kierunkach, jednocześnie pociągając z odpowiednią siłą obiema rękami, aby założyć zwój One-Tie.

Agarre os dois punhos da One-Tie e comece a rodar os punhos em direcções opostas enquanto puxa com as duas mãos e com uma força adequada de modo a prender a One-Tie.

Удерживая обе ручки One-Tie, начните их вращать в противоположных направлениях, прилагая обеими руками достаточное тянущее усилие для затяжки One-Tie.

Ta tag i båda handtagen på One-Tie och börja vrida handtagen i motsatta riktningar medan du drar tillräckligt hårt med båda händerna för att dra åt One-Tie.

9.



Pull on Cook Medical Locking Stylet to ensure One-Tie is secured.

Zatáhněte za uzamykací stilet Cook Medical, abyste se přesvědčili, že zařízení One-Tie je upevněno.

Træk i Cook Medical låsestilet for at sikre, at One-Tie er fastgjort.

Am Sperrstilet von Cook Medical ziehen, um sicherzustellen, dass die One-Tie fest sitzt.

Τραβήξτε τον σπειλεό ασφάλισης της Cook Medical για να επιβεβαιώσετε ότι η σπείρα One-Tie είναι ασφαλισμένη.

Tire del estilete de fijación Cook Medical para asegurarse de que la espiral One-Tie quede fijada.

Tirez sur le stylet de verrouillage Cook Medical pour assurer la fixation du One-Tie.

Tirare il mandrino bloccante Cook Medical per verificare che la spirale One-Tie sia ben salda.

Patraukite „Cook Medical“ fiksuojamąjį stiletą įsitikindami, kad „One-Tie“ yra tvirtai apsukta.

Trek aan het Cook Medical-vergrendelstilet om zeker te weten dat de One-Tie goed vastzit.

Trekk i Cook Medical låsestilet for å sikre at One-Tie er fastgjort.

Pociągnać za mandryn blokujący Cook Medical, aby upewnić się, czy zwój One-Tie jest stabilnie zamocowany.

Puxe o estilete de fixação Cook Medical de modo a garantir a fixação da One-Tie.

Потяните фиксирующий стилет Cook Medical, чтобы убедиться в фиксации One-Tie.

Dra i Cook Medicals låsmandräng för att säkerställa att One-Tie sitter säkert.

10.



Flip up the tab on the proximal handle of One-Tie and then remove the handle.

Odklopte víčko na proximální rukojeti zařízení One-Tie, a potom rukojeť odstraňte.

Skub tappen op på One-Ties proksimale håndtag og fjern så håndtaget.

Die am proximalen Halter der One-Tie befindliche Lasche hochklappen und den Halter anschließend entfernen.

Ανασηκώστε τη γλωττίδα της εγγύς λαβής της σπείρας One-Tie και κατόπιν αφαιρέστε τη λαβή.

Levante la lengüeta del mango proximal de la espiral One-Tie y, a continuación, retire el mango.

Soulevez la languette sur la poignée proximale du One-Tie puis retirez la poignée.

Sollevare la linguetta dell'impugnatura prossimale della spirale One-Tie e rimuovere l'impugnatura.

Atverskite liežuvēlį ant „One-Tie“ proksimalinės rankenos ir tada rankeną nuimkite.

Wip het lipje op de proximale handgreep van de One-Tie omhoog en verwijder dan de handgreep.

Skyv opp tappen på One-Ties proksimale håndtak og fjern så håndtaket.

Odgiąć zatyczkę na proksymalnym uchwycie One-Tie, a następnie zdjąć uchwyt.

Coloque para cima a patilha do punho proximal da One-Tie e depois remova o punho.

Отклоните вверх выступ на проксимальной ручке One-Tie и снимите ручку.

Knäpp upp fliken på One-Ties proximala handtag och ta sedan bort handtaget.

11.



Repeat for distal handle of One-Tie.

Opakujte pro distální rukojeť zařízení One-Tie.

Gentag for One-Ties distale håndtag.

Das Gleiche mit dem distalen Halter der One-Tie wiederholen.

Επαναλάβετε για την περιφερική λαβή της σπείρας One-Tie.

Repita la operación en el mango distal de la espiral One-Tie.

Répétez pour la poignée distale du One-Tie.

Ripetere questa operazione per l'impugnatura distale della spirale One-Tie.

Pakartokite su „One-Tie“ distaline rankena.

Herhaal dit voor de distale handgreep van de One-Tie.

Gjenta for One-Ties distale håndtak.


Powtórzyc czynność dla dystalnego uchwytu One-Tie.

Repita para o punho distal do One-Tie.

Повторите то же с дистальной ручкой One-Tie.

Upprepa för One-Ties distala handtag.

12.



Utilizing hemostats, lower the profile on both of the wire ends of the One-Tie.

S použitím hemostatů snižte profil na obou koncích drátů zařízení One-Tie.

Brug af arterieklemmer reducerer profilen i begge wire-ender af One-Tie.

Das Profil an beiden Drahtenden der One-Tie mithilfe einer Futterzange senken.

Χρησιμοποιώντας αιμοστατικές λαβίδες, χαμηλώστε το προφίλ και των δύο άκρων του σύρματος της σπείρας One-Tie.

Utilizando pinzas hemostáticas, baje el perfil en ambos extremos de alambre de la espiral One-Tie.

Avec une pince hémostatique, réduisez le profil aux deux extrémités du fil One-Tie.

Con una pinza emostatica, ridurre il profilo di entrambe le estremità della spirale One-Tie.

Hemostatinėmis priemonėmis žemyn prispauskite abu atsikišusius „One-Tie“ vielos galus.

Plet met behulp van een vaatkleem de twee draaduiteinden van de One-Tie.

Brug av arterieklemmer reduserer profilen i begge vaierendene av One-Tie.

Przy użyciu kleszczyków hemostatycznych obniżyć profil na obu końcach drutu zwoju One-Tie.

Utilizando hemostatos, baixe o perfil em ambas as extremidades do fio da One-Tie.

Гемостатическими зажимами обожмите оба проволочных конца One-Tie.

Använd hemostater för att trycka till One-Ties båda trådändar.



Keep dry
Chraňte před vlhkem
Oppbevarer tørt
Vor Feuchtigkeit schützen
Διατηρείτε στεγνό
Mantener seco
Conserver au sec
Tenere al riparo dall'umidità
Laikyti sausoje vietoje
Droog houden
Oppbevarer tørt
Chronić przed wilgocią
Manter seco
Хранить в сухом месте
Förvaras torrt



Keep away from sunlight
Chraňte před slunečním světlem
Beskyttes mod sollys
Vor Sonnenlicht schützen
Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως
No exponer a la luz solar
Conserver à l'abri de la lumière du soleil
Tenere al riparo dalla luce solare
Saugoti nuo saulės šviesos
Verwijderd houden van zonlicht
Oppbevarer utenfor direkte sollys
Chronić przed światłem słonecznym
Manter afastado da luz solar
Предохранять от воздействия солнечных лучей
Skyddas för solljus



MANUFACTURER

Cook Incorporated

750 Daniels Way

Bloomington, IN 47404 U.S.A.



European Representative

William Cook Europe ApS

Sandet 6, DK-4632

Bjaeverskov, Denmark

August 2014